


## ใช้แผ่นแอลกอฮอล์เช็ดแผล ติดเชื้อแบคทีเรียเสียชีวิต

ที่มาของเรื่อง : จาก PL Case ต่างประเทศ

กลุ่มสินค้า : สินค้าทั่วไป

ชนิดของ Defect : เป็น Design &amp; Manufacturing Defect

แหล่งข้อมูล : <http://www.druglitigationnews.com>, [lakecharleslapersonalinjury.com](http://lakecharleslapersonalinjury.com),[msnbc.msn.com](http://msnbc.msn.com), [pritzkerlaw.com](http://pritzkerlaw.com), [.prnewswire.com](http://.prnewswire.com), [newamericamedia.org](http://newamericamedia.org), [doihavealawsuit.com](http://doihavealawsuit.com), [abcnews.go.com](http://abcnews.go.com)

**ปัญหา :** โรงพยาบาลใช้แผ่นแอลกอฮอล์เช็ดแผลผู้ป่วย แล้วเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

**ลำดับเหตุการณ์ :** ที่รัฐเท็กซัส อเมริกา คู่สามีภรรยาได้ยื่นฟ้องบริษัทผู้ผลิตแผ่นแอลกอฮอล์เช็ดแผล ซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้บุตรชายอายุ 2 ขวบเสียชีวิต โดยแผ่นแอลกอฮอล์เช็ดแผลดังกล่าวปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อเรียกว่า Bacillus cereus ซึ่งทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ โดยบุตรชายของเขาได้รับเชือดังกล่าวขณะนอนพักพื้นหลังทำการผ่าตัดสมองภายในโรงพยาบาล โดยมีการฟื้นตัวได้ดีในสัปดาห์แรก และเหลืออีกแค่ 1 วันก็จะออกจากโรงพยาบาลได้ แต่อาการได้ทรุดตัวอย่างรวดเร็วและเสียชีวิตในเวลาต่อมา แพทย์เกิดความสับสนในการเสียชีวิตอย่างกะทันหันจากเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวซึ่งไม่เคยเกิดในโรงพยาบาลมาก่อน โดยเด็กชายเสียชีวิตในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังรับเชือดังกล่าว ทั้งแพทย์และครอบครัวไม่สามารถอธิบายได้ว่าเด็กชายรับเชื้อมาได้อย่างไร ซึ่งปกติเชือดังกล่าวจะอยู่ในอาหารที่เป็นพืชและไม่เคยพบเชือดังกล่าวภายในโรงพยาบาล ซึ่งเชือดังกล่าวทนต่อความร้อน และไม่ตายเมื่อผ่านระบบสเตอริไรส์แบบมาตรฐาน (standard sterilization) แต่ต้องใช้ระบบพิเศษที่เรียกว่า Gamma Radiation

ต่อมาวันที่ 5 มกราคม 2554 หรือประมาณ 1 เดือนต่อมาทางครอบครัวได้ทราบข่าวจากหน่วยงาน FDA (Food and Drug Administration) ว่า สินค้าดังกล่าวผู้ผลิตได้มีการแจ้งเรียกคืนกว่าล้านชิ้น ซึ่งผู้ผลิตคือบริษัท Triad Group of Wisconsin หลังพบว่าสินค้ามีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียดังกล่าว ทำให้ทั้งพ่อและแม่ของเด็กเชื่อว่า ลูกชายของเขาเสียชีวิตจากการติดเชื้อจากแผ่นแอลกอฮอล์เช็ดแผลดังกล่าว และโรงพยาบาลได้มีการยืนยันว่าได้ใช้สินค้าดังกล่าวกับเด็กชายวันละหลายๆ ครั้งก่อนที่เขาจะเสียชีวิต และจากตัวอย่างที่ตรวจพบในห้องโรงพยาบาลที่เด็กชายคนดังกล่าวนอนรักษาตัวก็ยืนยันได้ว่าแผ่นแอลกอฮอล์เช็ดแผลมีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวจริง ซึ่งเด็กชายดังกล่าวไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันก่อนผ่าตัดได้ เพราะอายุยังไม่ถึงเกณฑ์กำหนด

โจทก์กล่าวหาว่าบริษัท Triad Group alleges ประมาทเลินเล่อจนทำให้เด็กชายเสียชีวิต โจทก์ต้องการเรียกชดเชยเงินค่าชดเชยในกรณีดังกล่าว และคาดว่าจะยังมีผู้ได้รับเชื้ออีก ดังนั้นโจทก์ต้องการที่จะไม่ให้ผู้อื่นได้รับอันตรายดังกล่าว



**สาเหตุ :** มีรายงานออกมาว่าทาง FDA ได้แสดงความเห็นห่วงในเรื่องการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย เมื่อครั้งไปตรวจสอบโรงงานผลิตของบริษัท Triad Group of Wisconsin ในช่วงวันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ.2552 และช่วง 19 เมษายน-18 พฤษภาคม พ.ศ.2553 โดยผู้ตรวจสอบได้รายงานไว้ว่าบริษัทไม่ได้ทำการ Validate กระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการสเตอริไรส์ของบริษัทนั้นสามารถฆ่าเชื้อโรคได้หมดจริงๆ

พบว่าบริษัทไม่มีกระบวนการรายงานและแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต ไม่มีระบบในการประเมิน และสืบสวนปัญหาข้อร้องเรียนที่ได้รับจากโรงพยาบาล โดยพบมีถึง 6 ข้อร้องเรียนช่วงเดือนกรกฎาคม 2552-พฤษภาคม 2553 ซึ่งหน่วยงาน FDA ได้เริ่มมีการตรวจสอบโรงงานผลิตดังกล่าวอีกครั้งในเดือนมกราคม พ.ศ.2554 พบว่าหลายรายการยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และยังพบด้วยว่ามีการปล่อยสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานออกไปจำหน่าย

**การแก้ไข :** ผู้ผลิตได้ทำการเรียกคืนสินค้ากว่าล้านชิ้น และอาจมากถึง 10 ล้านชิ้น หลังจากพบว่าเกิดจากติดเชื้อแบคทีเรียดังกล่าว

**ความเสียหาย :** เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ ยังอยู่ในขั้นตอนศาล ยังไม่ทราบความเสียหายที่ต้องชดเชยให้กับผู้เสียหาย แต่บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนสินค้าซึ่งมีจำนวนมาก และเสียชื่อเสียงของ Brand สินค้า